

HÄNDLER VON REINIGUNGS- UND HOCHLEISTUNGSDESINFEKTIONSMATERIALIEN

Mai 2021

721D1006586

Übersetzt aus der englischen Quelle 721D1006143

Sehr geehrter Exablate-Prostate-Kunde,

das Exablate-Prostate-System (Exablate 2100V1, SW-Version 8.1) erfordert nach jeder Patientenbehandlung eine Reinigung und hochgradig desinfiziert werden, wie in Anhang C der Bedienungsanleitung (Englisch PUB71004685, Deutsche PUB71006588) beschrieben.

Dieses Verfahren erfordert vom Kunden erworbene Materialien, einschließlich der folgenden zwei Markennamen:

- **Enzol® Enzymatisches Reinigungsmittel**
- **Revital-Ox® RESERT® Hochleistungsdesinfektionsmittel**

Um Ihnen die Suche nach diesen Materialien zu erleichtern, hat Insightec bestätigt, dass die oben aufgeführten Materialien von den unten aufgeführten Händlern bestellt und in Ihr Land geliefert werden können.

Die lokalen Vertriebsmitarbeiter finden Sie auf den unten aufgeführten Websites der Händler.

ASP (Enzol®): https://www.asp.com/emea/contact-us	STERIS (Revital-Ox®): https://www.steris.com/contact/global-facilities
--	--

Sollten Sie nicht in der Lage sein, die oben aufgeführten Materialien zu bestellen, wenden Sie sich bitte an Ihren Insightec-Vertreter, um Unterstützung zu erhalten.

Wir freuen uns darauf, Sie weiterhin bei der Patientenversorgung zu unterstützen.

INSIGHTEC

HAUPTSITZ:

5 Nachum Heth St.
Tirat Carmel 39120, Israel
Tel: +972.4.813.1313

US-HAUPTSITZ:

801 Brickell Avenue, Suite 1600
Miami, FL 33131
Tel: +1.786.534.3849



www.insightec.com